




เกณฑ์ในการรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ
วิธีปฏิบัติ WI-LAB-05



กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลดงเจริญ

เอกสารนี้เป็นสมบัติของ โรงพยาบาลดงเจริญ ห้ามนำออกไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

สารบัญ



เอกสารเลขที่ : WI-LAB-05	หน้า ii
Work Instruction	แก้ไขครั้งที่ : 00
เรื่อง เกณฑ์ในการรับรองผลการตรวจวิเคราะห์	

รายการ	หน้า
เกณฑ์ในการรับรองผลการตรวจวิเคราะห์	1
บันทึกการแก้ไขเอกสาร	2

เกณฑ์ในการรับรองผลการตรวจวิเคราะห์

1. ความครบถ้วนของการรายงานตรวจวิเคราะห์
2. ผลการตรวจที่เป็นค่าวิกฤตมีการ Repeat ผลแล้ว
3. กรณีที่พบค่าวิกฤตแต่ไม่มีการ Repeat ผลให้ดูผลครั้งสุดท้าย
4. ตรวจสอบความสอดคล้องของผลการตรวจ เช่น
 - 4.1 CBC
 - ความสอดคล้องของ Hb กับ Hct
 - ความสอดคล้องของ Blood indices กับการรายงาน RBC Morphology
 - 4.2 UA
 - ความสอดคล้องของการตรวจทางเคมีกับการอ่านตะกอน
 - ความสอดคล้องของ Glucose กับค่า FBS หรือ BS
 - 4.3 Gram stain
 - ความสอดคล้องของการติดสีกับรูปร่างและการเรียงตัว
5. ตรวจสอบความผิดปกติที่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยเกินไป
เช่น Glucose < 10 mg/dl, K > 9.0 mmol/L
6. กรณีที่ผู้ตรวจและผู้รับรองผลเป็นคนเดียวกันให้ทิ้งระยะเวลาการรับรองผลอย่างน้อย 1 นาที

